ヘッドフォームベース
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

【禁忌・禁止】

1) ヘッドフォームは再使用しないでください。
2) ヘッドフォームの材質に過敏症がある場合は使用しないでください。
3) 使用目的以外に使用しないでください。
4) ヘッドフォームベースを改造しないでください。
5) ヘッドフォームベースは、20°以上傾けて使用しないでください。
6) 当社指定の構成部品及び交換部品以外の組合せで使用しないでください。
7) 本品の操作に熟練した人以外は使用しないでください。

2. 製品概要と各部の名称・構造

ヘッドフォーム

材質:ポリウレタン

挿管チューブ等挿入用の開口部

ヘッドフォームベース

上面

底面

ヘッドフォームベースサイズ：（幅）242mm×（長さ）267mm×（高さ）76mm

注文コード	品番	商品名
623-700-35	A-70825	アレン　ヘッドフォームベース
623-700-36	A-70862	アレン　ヘッドフォーム

3. 使用前の準備に関する事項

1) 使用する手術台が、患者体重に対して適切な耐荷重を有しているかご確認ください。
2) 本体や底面のラバークリップに破損や劣化がないか確認してください。

4. 一般的な使用方法とその注意事項

1) 手術台のパッドを取り外し、手術台の頭側の端にヘッドフォームベースを設置します。ヘッドフォームベース底面のラバーグリップがしっかりと手術台に接地し、ガタつきがないことを確認してください。



⚠ 注意
- 患者に触れる面をすべて点検し、硬い部分やとがった部分が当たらないように設定してください。
- 開口部が正しい方向を向いていることを確認してください。
- 手術台のパッドは必ず取り外してください。

2) ヘッドフォームベースが手術台左右の中央に設置されているか確認してください。

3) ヘッドフォームをヘッドフォームベースに載せます。ヘッドフォームとヘッドフォームベースの開口部の位置が合っていることを確認してください。



⚠ 注意
ヘッドフォームは、ウレタン面が患者に触れるように取り付けてください。

4) ヘッドフォームがヘッドフォームベースでしっかりと支えられているかを確認してください。
5) 患者を手術台上に腹臥位（伏臥位）にしてのせ、患者の顔の位置を調節してください。

6) ミラーの映像で、患者の両眼を圧迫していないこと、下顎が確実に支えられていること、呼吸回路や挿入チューブの状態を確認してください。



⚠ 注意

- 患者の神経を圧迫したり、皮膚に損傷を与えないように配慮して位置を決定してください。
- 機器の移動による患者の顔面の損傷を防ぎ、また、呼吸回路等が外れるのを防ぐため、頭部が適切な位置に保持されていること、ヘッドフォームとヘッドフォームベースの位置にずれが生じていないことを常に確認してください。
- 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力がかからないように使用してください。
- 患者の体位固定後、本品に術者等の体重をかけたり押したりしないでください。

7) 使用後、ヘッドフォームベースは中性洗剤で清拭してください。

5. 医療機器の清掃、保管方法に関する事項

1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
2) ヘッドフォームは直射光が当たらない場所で保管してください。

⚠ 注意

ヘッドフォームは直射光下での保管や経年変化により黄色く変色する可能性がありますが、材質に影響を及ぼすものではありません。

3) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒してください。

⚠ 注意

漂白剤は使用しないでください。破損のおそれがあります。

4) ヘッドフォームベースは浸漬しないでください。
5) サビの原因になるため、ヘッドフォームベースは噴霧液で消毒、清拭しないでください。
6) ヘッドフォームベースは滅菌しないでください。

6. 保守点検に関する事項

1) 点検
   ① 使用前に汚れ・破損・変形等を点検してください。
   ② 点検後異常があった場合は、誤って使用されないように「使用禁止」等の表示をしてご購入店又は弊社へ連絡してください。
2) 耐用期間［自己認証（当社データ）による］
   ヘッドフォームベース：5 年（指定の保守･点検をした場合）

7. アフターサービスとその連絡先に関する事項

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

8. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ)お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ)本書の提示がない場合。
   (ホ)本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ)消耗部品。
   (ト)故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ)その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、*ヘッドフォームベース* をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります。　This warranty is valid only in Japan.
※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: *ヘッドフォームベース* ご芳名 ご住所 TEL.　　(　　)	お買い上げ店名 印 住所 TEL.　　(　　) お買い上げ日　　年　　月　　日

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号　　TEL　0725-53-5546